



ESCLARECIMENTO PREGÃO ELETRÔNICO N° 002/2021

Em resposta ao pedido de esclarecimento elaborado pela empresa CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNÓTICOS LTDA, fica esclarecido sobre os seguintes itens:

1° Questionamento – item 3

1-) Esta empresa poderá ofertar o produto que possui sendo Lancetas estéreis, com profundidade de penetração de 1,8mm e em apresentação de caixas com 100 unidades?

2-) Está correto o valor de referência de R\$ 0,04 uma vez que o mesmo corresponde a lanceta para lancetador e não a lanceta com retração automática.

Resposta: O produto deverá ser com a profundidade 1.5mm conforme consta no Memorial descritivo do Edital n° 002/2021, e podem ter apresentação em caixas de 100 unidades. O valor foi orçado pelo Painel de Preços e têm referencias de compras feitas pelos órgãos públicos nos últimos 6 meses.

2° Questionamento – item 4

1-) A lanceta mencionada no item 04, trata-se de lancetas em conformidade com a NR32, ou lancetas para uso em lancetador?

2-) Caso sejam lancetas para uso em lancetador, será necessário o fornecimento do mesmo? Se sim, qual a quantidade solicitada?

Resposta: O produto trata-se de lancetas em conformidade a NR32, não sendo necessário o fornecimento de lancetador.

Daniele Dias Lima Silva

PREGOEIRA