

À

Prefeitura de São Bento do Sapucaí  
Departamento de Licitações

Pregão Eletrônico nº 003/2021  
Processo Administrativo nº 024/2021  
Processo de Compra nº 022/2021

O licitante **pH7 Comércio e Representações de Produtos para Diagnósticos Ltda.**, interessada em participar do Pregão Presencial nº 002/2021, Processo nº 66369/2021 vem pelo presente solicitar os seguintes esclarecimentos:

- Item 2 – Anexo II – MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DO OBJETO

*“Reagente analítico 1, tipo: conjunto completo, tipo de análise: painel de sequenciamento, características adicionais: coronavírus sars-cov-2 (covid-19). Especificações técnicas: covid-19 ag teste; detecção qualitativa de antígenos de sars-cov-2 (covid-19) sensibilidade: 96,52%; especificidade: >99,9%; armazenamento: 2 a 30°C; amostra: swab de nasofaringe; tempo do teste: 2-15 minutos (não ler após 30 minutos); validade: 24 meses; kit: acompanha swab para coleta; apresentação: cassete”.*

Questionamos a porcentagem mínima de sensibilidade e especificado, uma vez que há apenas uma marca no mercado com a descrição do Edital. Podemos ofertar nosso produto? **Nosso kit possui 95,8% de sensibilidade e 96,1% de especificidade, oferecendo o resultado entre 5 e 8 minutos.**

Desde já agradecemos a atenção dispensada, e permanecemos à disposição para qualquer esclarecimento.

São Bernardo do Campo, 27 de janeiro de 2021.

Departamento de Licitações